

Felmärkning av Natrium-Heparinrör (NH) med mörkblå kork.

Vår leverantör av rör, Becton Dickinson (BD), har levererat felmärkta rör. Detta gäller Natrium-Heparin rör med mörkblå kork, artikelnummer: 19951. Företaget har nu återkallat Natrium-Heparin rör med **LOT-nummer 3349959**. Dessa rör får inte användas. Rör med mörkblå kork som har andra LOT-nummer får användas.

Företaget meddelar att ordinarie rör med mörkblå kork kommer finnas månadsskiftet mars/april.

Under tiden kommer vi få ett ersättningsrör, Natrium-Heparin rör med mörkgrön kork.

Återkallat rör:



Ersättningsrör:



OBS!

Vi ber er att vara uppmärksamma på att ersättningsröret påminner om vårt Litium-Heparin rör (mörkgrön kork). Var uppmärksamma så att inte förväxling sker. Na-Heparinröret (NH) har en pappersetikett vilket Li-Heparinröret (LH) saknar.

Vid frågor v g kontakta:

Medicinskt ansvarig överläkare, Malena Cianchetta-Sívori

Tel. 0455 – 73 45 97

malena.cianchetta-sivoriceruti@regionblekinge.se